

	<h1>PV d'épreuve de résistance</h1>	Référence	
		Révision	A
		Page	1 sur 1
Révision		Date	
A-crédation		18/04/2016	
	Rédacteur (s)	Approbateur (s)	
Nom	Pierre-Eric MAILLARD	Amaury PORHIEL	
Visa			

N° AFFAIRE : 318711

CLIENT : JLAB

DESIGNATION : Circuits hélium et azote Q2

Référence des appareils utilisés :

Détecteur de fuite PFEIFFER ASM340

Type d'essai :

- Pression de gaz

Conditions d'essai :

Pression appliquée pour le test : 5 bars manomètre (6 bars absolu) par palier repris dans la procédure de test *318711-JLAB Q2-Q3_Procédure de test de résistance sous pression d'hélium-D*.

Pas de chute de pression constatée durant l'essai.

Test CONFORM